

Дом здравља „Врачар“
Бојанска бр. 16
Број:02/842/7
Датум:06.05.2016 године

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Заинтересовано лице се обратило Комисији за ЈН 14-2016 са Захтевом за додатним информацијама или појашњењем конкурсне документације везано за јавну набавку 14-2016 – Лабораторијски материјал обликован по партијама (**Документ заведен код Наручиоца 06.05.2016 године под бројем 02/П/1526**)

Питање:

Поштовани,

Молимо Вас да нам у складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама дате додатна појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку бр. 14-2016 за набавку лабораторијског материјала за партију 8- Вакум систем за затворено узорковање крви:

1. Ставка 3 дефинисана је као „ Епрувета за седиментацију од 2-5 ml”’.Молимо Вас да прецизирате да ли је потребно да се понуди епрувета за седиментацију која служи за директно читавање вредности седиментације након 30 минута или након 60 минута?

2. У оквиру ставке 4 захтева се „ Епрувета за коагулацију 3-4,5 ml”.Да ли је потребно да понуђена епрувета за коагулацију буде са тзв „ дуплим зидом”, обзиром да је за поуздане резултате осетљивих коагулационих тестова веома важан правилан однос крви и антикоагуланса ?

Појашњење: Епрувета са „ дуплим” зидом подразумева две фузионисане епрувете , једна у другој који су израђене од различитих врста пластике. Спољашња је израђена од ПЕТ (polietilen tereftalat) пластике и њен „задатак” је да спречи продор ваздуха у унутрашњост епрувета и губитак вакуума.Унутрашње је израђена од РР(polipropilen) пластике и спречава испаравање антикоагуланса.

Овако израђена епрувета гарантује стабилност вакуума и константну запремину антикоагуланса чиме је обезбеђен правилан однос крви и антикоагуланса током читавог рока употребе епрувете.

У складу са чланом 63 став 3 даје се

Одговор

Поштовани,

1) У лабораторији Дома здравља „Врачар” брзина седиментације се одређује класичном методом по Westergreen-у у којој се вредности читавају након 60 минута, због чега је потребно понудити епрувете за седиментацију са читавањем након 60 минута.

2) Потребно је да понуђене епрувете за коагулацију 3-4,5 ml буду стаклене или пластичне са дуплим зидом.

Овај документ Питања и одговори представља саставни део конкурсне документације

Комисија ће на Порталу јавних набавки , на порталу јавних набавки града Београда и на сајту Дома здравља „Врачар" објавити Питања и одговори за ЈН 14-2016- Лабораторијски материјал обликован по партијама

Комисија за јавну набавку ЈН 14-2016