

Дом здравља „Врачар“
Бојанска бр. 16
Број:02/454/5
Датум:24.03.2017 године

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Заинтересовано лице се обратило Комисији за ЈН 5-2017 са Захтевом за додатним информацијама или појашњењем конкурсне документације везано за јавну набавку 5-2017– Лабораторијски материјал обликован по партијама (**Документ заведен код Наручиоца 23.03.2017 године под бројем 02/П/901**)

Питање:

Поштовани,

Молимо Вас да нам у складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама дате додатна појашњења у вези са припремањем понуде за ЈН бр. 5-2017- Лабораторијски материјал обликован по партијама за партију 8- Вакум систем за затворено узорковање крви:

1. Ставка 3 дефинисана је као „ Епрувета за седиментацију од 2,75 мл". Молимо Вас да прецизирате да ли је потребно да се понуди епрувета за седиментацију која служи за директно читавање вредности седиментације након 30 минута или након 60 минута?
2. У оквиру ставке 11 захтева се „ Baby систем за узимање крви". Молимо Вас да прецизирате да ли сте мислили да понуђени Baby систем за узимање крви треба да буде са интегрисаним луер адаптером?

У складу са чланом 63 став 3 даје се

Одговор

Поштовани,

- 1) У лабораторији Дома здравља „Врачар" брзина седиментације се одређује класичном методом по Westergreen-у у којој се вредности читавају након 60 минута, због чега је потребно понудити епрувете за седиментацију са читавањем након 60 минута.
- 2) Понуђени Baby систем за узимање крви не треба да буде са интегрисаним луер адаптером.

Овај документ Питања и одговори представља саставни део конкурсне документације

Комисија ће на Порталу јавних набавки , на порталу јавних набавки града Београда и на сајту Дома здравља „Врачар" објавити Питања и одговори за ЈН 5-2017- Лабораторијски материјал обликован по партијама.

Комисија за јавну набавку ЈН 5-2017