

Дом здравља „Врачар“
Бојанска бр. 16
Број:02/2125/5
Датум:23.11.2016 године

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Заинтересовано лице се обратило Комисији за ЈН 29а-2016 са Захтевом за додатним информацијама или појашњењем конкурсне документације везано за јавну набавку 29а-2016 – Поправка и сервисирање постојеће медицинске опреме за Партије 1 и 8
(Документ заведен код Наручиоца 22.11.2016 године под бројем 02/П/3954)

Питање:

Поштовани,

Nakon detaljne analize konkursne dokumentacije jn 29a-2016 postavljamo Vam sledece pitanje:

Molimo Vas da iz Partije 8 Aparati u službi rendgen dijagnostike" izdvojite Durdental Periomat + kako bi bili u mogućnosti da ponudimo ispravnu ponudu.
Imajući u vidu da je stavka Durdental Periomat + произвођача Durdental чији смо једини дистрибутери и овлашћени сервисери на територији Републике Србије , као и чињеница да смо једини овлашћени увозници оригиналних резервних делова за наведени уређај са осposobljenim и сертификованим техничким особљем (сервисерима) molimo Vas да уважите наш захтев и раздвојите поменути ставку у zasebnu партију и као додатни услов захтевате ауторизацију произвођача опреме.
Такође напомињемо да ни једном компанији на територији Републике Србије нисмо дали овлашћење за учествовање у предметном поступку.

Kao једини овлашћени сервис на територији Републике Србије дужни смо да Вас упозоримо да свака сервисна интервенција од стране неауторизованог сервисера може трајно негативно утицати на исправност апарата а самим тим и угрозити здравље пацијента.
Podsećamo Вас да оригиналне резервне делове може испоручити само Medicom doo Šabac и гарантовати за потпуну исправност и функционалност уређаја.
Ponuđači који могу испунити све критеријуме не могу гарантовати за правилно обављене сервисне интервенције и уграђене резерве делове.
Napominjemo да овако дефинисана ЈН са уређајима различитих произвођача ограничава конкуренцију што је супротно ЗоЈН члан 10.

"Члан 10.

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију.

Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума."

У складу са чланом 63 став 3 даје се

Одговор:

Поштовани,

У складу са наводима из Вашег Захтева за додатним информацијама или појашњењем конкурсне документације везано за јавну набавку ЈН 29а-2016 – Поправка и сервисирање постојеће медицинске опреме за Партије 1 и 8 извршиће се измена конкурсне документације и објавити Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Овај документ Питања и одговори представља саставни део конкурсне документације

Комисија ће на Порталу јавних набавки , на порталу јавних набавки града Београда и на сајту Дома здравља „Врачар" објавити Питања и одговори за ЈН 29а-2016- Поправка и сервисирање постојеће медицинске опреме.

Комисија за јавну набавку ЈН 29а-2016