

Дом здравља „Врачар“
Бојанска бр. 16
Број:02/1327/5
Датум:02.09.2015 године

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012)

Заинтересовано лице се обратило Комисији за ЈН 27-2015 са Захтевом за додатним појашњењем конкурсне документације везано за јавну набавку 27-2015 – Поправка и сервисирање постојеће медицинске опреме (**Документ евидентиран код Наручиоца 31.08.2015 године под бројем 02/П/3025**)

Питања :

- 1) Да ли можете да нам дате одговор о којим произвођачима , моделима и количини сувих стерилизатора се ради у партији бр 3?
- 2) Такође, можете ли из партије бр 5 да издвојите центрифугу Sigma 2- GT и да нам објасните шта слово "Г" означава у називу?
- 3) Да ли је можда "Г" словна грешка?Требао би нам тачан модел центрифуге јер смо овлашћени сервис, па су нам информације битне због учествовања на овом тендеру.

У складу са чланом 63 став 3 дају се

Одговори

Поштовани,

Одговор на питање 1

У поступку јавне набавке број 27-2015 у оквиру партије број 3- Апарати за дијагностику на одељењу гинекологије (колпоскопи,микроскопи и стерилизатори) у Обрасцу структуре цена са техничком спецификацијом апарата у оквиру Табеле 2- Пратећа табела са техничком спецификацијом постојећих апарата налази се и ставка суви стерилизатори.У складу са вашим питањем дајемо појашњење да се ради о количини од укупно 66 сувих стерилизатора следећих произвођача:

- Instrumentarija ST-01/02
- Instrumentarija ST -05
- Instrumentarija ST -06
- Titanox
- Melag
- Enc microprocessing controler

Одговор на питање 2

У поступку јавне набавке број 27-2015 партија број 5- Центрифуге у служби лабораторијске дијагностике је обликована тако да се у оквиру техничке спецификације налазе апарати који су сродни по врсти и намени с'тога не постоји разлог да се предметна центрифуга издваја у посебну партију, а нарочито не у супротности са начелом ефикасности и економичности. Услови за ЈН 27-2015 остају исти.

Понуђачи имају законску могућност да поднесу заједничку понуду или понуду са подизвођачем, како је и прецизирано конкурсном документацијом.

У називу апарата у конкурсној документацији је уписан назив Sigma 2-6Т уместо 2-6Е, што представља учињену словну грешку, али не умањује могућност сазнања о ком се моделу апарата ради.

Одговор на питање 3

Да "Т" је словна грешка. Модел предметног апарата је Sigma 2-6Е.

Овај документ Питања и одговори представља саставни део конкурсне документације

Комисија ће на Порталу јавних набавки, на порталу јавних набавки града Београда и на сајту Дома здравља „Врачар“ објавити Питања и одговори за ЈН 27-2015- Поправка и сервисирање постојеће медицинске опреме

Комисија за јавну набавку ЈН 27-2015