

Дом здравља „Врачар“
Бојанска бр. 16
Број:02/753/5
Датум:15.05.2015 године

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012)

1) Питање понуђача (Документ заведен код Наручиоца 12.05.2015 године под бројем 02/П/1600)

„Викор ” d.o.o везано за јавну набавку 14-2015 – Лабораторијски материјал обликован по партијама

Поштовани,
У конкурсној документацији сте навели :
Ако понуђач доставља понуду за две или више партија из јавног позива , документација од броја 1 до броја 8, ставља се у посебан коверат са знаком: „ Понуда за ЈН 14-2015- Лабораторијски материјал обликован по партијама -, Партије _____ (назначити бројеве партија на које се односи документација) - „ Општа документација , не отварају." Из овога се не може тачно утврдити који обрасци се достављају уз партије , а који спадају у општу документацију , молим вас за појашњење који обрасци од броја 1 до 9 иду по партијама , а који иду у општи део.

У складу са чланом 63 став 3 да је се

Одговор Наручиоца

Поштовани,

1) Обрасци који се достављају за сваку партију су:
- Обр.2- Образац понуде
- Обр.3- Образац структуре цена
- Обр.9- Модел Уговора о купопродаји
Остали Обрасци ,који су обавезна садржина понуде достављају се у оквиру опште документације.На сваком Обрасцу постоји јасно означено место да се упишу бројеви партија за које се конкурише.

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012)

2) Питање понуђача (Документ заведен код Наручиоца 13.05.2015 године под бројем 02/П/1633)

„ Лауоп” d.o.o везано за јавну набавку 14-2015 – Лабораторијски материјал обликован по партијама

Poštovani,

Molimo Vas da nam u skladu sa članom 63 Zakona o javnim nabavkama date dodatna pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku br. 14-2015 za nabavku laboratorijskog materijala, za partiju 5 – Vakum sistem za zatvoreno uzimanje krvi i mikrovete sa kompletnim pratećim materijalom za vensko i kapilarno uzorkovanje:

1. Stavka 3 definisana je kao „Epruveta za sedimentaciju od 2-5 ml“. Molimo Vas da precizirate da li je potrebno da se ponudi epruveta za sedimentaciju koja služi za direktno očitavanje vrednosti sedimentacije nakon 30 minuta ili nakon 60 minuta?

2. U okviru stavke 4 zahteva se „Epruveta za koagulaciju 3-4,5ml“. Da li je potrebno da ponuđena epruveta za koagulaciju bude sa tzv. „duplim zidom“, obzirom da je za pouzdane rezultate osetljivih koagulacionih testova veoma važan pravilan odnos krvi i antikoagulansa?

Pojašnjenje: Epruveta sa "duplim" zidom podrazumeva dve epruvete, jednu u drugoj koji su izrađene od različitih vrsta plastike. Spoljašnja je izrađena od PET (polietilen tereftalat) plastike i njen "zadatak" je da spreči prodor vazduha u unutrašnjost epruvete i gubitak vakuuma. Unutrašnje je izrađena od PP (polipropilen) plastike i sprečava isparavanje antikoagulansa.

Ovako izrađena epruveta garantuje stabilnost vakuuma i konstantnu zapreminu antikoagulansa čime je obezbeđen pravilan odnos krvi i antikoagulansa tokom čitavog roka upotrebe epruvete.

У складу са чланом 63 став 3 да је се

Одговор Наручиоца

Поштовани,

1) У лабораторији Дома здравља „Врачар“ брзина седиментације се одређује класичном методом по Westergreen-у у којој се вредности читавају након 60 минута, због чега је потребно понудити епрувете за седиментацију са читавањем након 60 минута.

2) Потребно је да понуђене епрувете за коагулацију 3-4,5 ml буду стаклене или пластичне са дуплим зидом.

Овај документ Питања и одговори представља саставни део конкурсне документације

Наручилац ће на Порталу јавних набавки, на порталу јавних набавки града Београда и на сајту Дома здравља „Врачар“ објавити Питања и одговори за ЈН 14-2015- Лабораторијски материјал обликован по партијама

Комисија за јавну набавку ЈН 14-2015