

Дом здравља „Врачар“
Бојанска бр. 16
Број:02/1416/11
Датум: 08.12.2016. године
Број јавне набавке ЈН 4-2016

Предмет: Измена конкурсне документације у поступку јавне набавке број 4-2016 за набавку добара –
Набавка медицинске опреме обликована по партијама – Измена бр. 2

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац врши измену конкурсне документације за ЈН 4-2016, у складу са наводима из Захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације. Како би понуђачи могли да припреме одговарајуће и упоредиве понуде врши се измена конкурсне документације на следећи начин:

1) на страни 5 од 43 у оквиру Техничких спецификација за холтер притиска, измена се врши за другу тачку тако што се захтевани параметар Могућност провере квалитета сигнала брише.

2) на страни 6 од 43 у оквиру Техничких спецификација за дефибрилатор, измена се врши за шесту тачку тако што се из захтеваног параметра брише део текста "броја респирација" и сада гласи:

- приказ укљученог мода на дефибрилатору, статус напуњене батерије, вредност одабране снаге

3) на страни 6 од 43 у оквиру Техничких спецификација за дефибрилатор, измена се врши за седму тачку тако што се захтевани параметар Тастер за самотестирање брише.

4) на страни 20 од 43 у оквиру Обрасца структуре понуђене цене – Обрасца бр.2, а у склопу техничких спецификација за Холтер притиска, измена се врши за другу тачку тако што се захтевани параметар Могућност провере квалитета сигнала брише.

5) на страни 22 од 43 у оквиру Обрасца структуре понуђене цене – Обрасца бр.2, а у склопу техничких спецификација за Дефибрилатор, измена се врши за шесту тачку тако што се из захтеваног параметра брише део текста "броја респирација" и сада гласи:

- приказ укљученог мода на дефибрилатору, статус напуњене батерије, вредност одабране снаге

6) на страни 22 од 43 у оквиру Обрасца структуре понуђене цене – Обрасца бр.2, а у склопу техничких спецификација за Дефибрилатор, измена се врши за седму тачку тако што се захтевани параметар Тастер за самотестирање брише.

Измењене стране конкурсне документације 5,6,20 и 22 налазе се у саставу овог документа.

Измењене стране конкурсне документације су обележене текстом „Измена бр. 2“ у горњем десном углу стране.

Наручилац ће на Порталу јавних набавки, порталу јавних набавки града Београда и на сајту Дома здравља „Врачар“ објавити Измену конкурсне документације – Измену број 2.

Овај документ представља саставни део конкурсне документације

С'поштовањем,

Комисија за јавну набавку ЈН 4-2016



Official stamp of the Public Procurement Office of the City of Belgrade (Јавно предузеће за јавну набавку града Београда) with a handwritten signature in blue ink.

ПАРТИЈА 2 – ХОЛТЕР ЕКГ

Ред број	Назив	Јединица мере	Количина
1	2	3	4
1.	Холтер ЕКГ	ком	2

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА –Холтер ЕКГ

- 12 канални холтер
- Меморисање података најмање 24h
- Могућност провере квалитета сигнала преко екрана уређаја
- Детекција пејсмејкер импулса
- Приказ на екрану холтера времена, датума ,краја снимања
- Могућност обраде просечне фреквенце (min и max)
- Аутоматску обраду снимљеног ЕКГ-а, груписање и препознавање различитих облика QRS комплекса ,могућност аутоматског препознавања различитих облика ES, поремећаја ритма и пауза у раду
- Могућност мануелне рекласификације код читања
- Могућност комплетне анализе ST seg
- Могућност презентације резултата различитим графичким и нумеричким приказима холтер снимака
- Стандардну опрему уз апарат (на пр. Торбицу,каблове,електроде,картице и сл)
- Упутство за употребу на српском језику

ПАРТИЈА 3 – ХОЛТЕР ПРИТИСКА

Ред број	Назив	Јединица мере	Количина
1	2	3	4
1	Холтер притиска	ком	2

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА –Холтер притиска

- Меморисање података најмање 24h
- Могућност мерења и регистрације систолног и дијастолног притиска
- Опсег мерења притиска од 20 до 300 mmHg
- Могућност мерења и регистрације срчаног ритма
- Могућност одређивања просечних вредности притиска и фреквенце бележења max и min вредности по периодима, доступна статистика за комплетан налаз и одабрани период
- Аутоматска елиминација неисправних мерења и приказ
- Могућност дефинисања различитих протокола за мерење притиска са различитим интервалима
- Могућност графичког и мануелног приказа мерења
- Стандардну опрему уз апарат (на пр. Торбицу,каблове, манжетне)
- Упутство за употребу на српском језику

ПАРТИЈА 4 - ДЕФИБРИЛАТОР

Ред број	Назив	Јединица мере	Количина
1	2	3	4
1	Дефибрилатор	ком	1

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА –ДЕФИБРИЛАТОР

- Могућност рада мануелни,аутоматски, синхронизовани
- могућност одабира снаге пражњења
- постојање екрана са ЕКГ мониторингом
- троканални
- могућност пражњења на папучицама
- приказ укљученог мода на дефибрилатору, статус напуњене батерије,вредност одабране снаге
- непотребност ручног пражњења када је апарат у мировању
- стандардни прибор (електроде, каблови, педале)
- Упутство за употребу на српском језику

КВАЛИТЕТ:

Понуђач је дужан да за сваки тип опреме који је дефинисан у оквиру техничке спецификације конкурсне документације , а које нуди Наручиоцу , достави каталог, или део из каталога на коме ће се јасно видети ознака произвођача или тип опреме, као и одобрења надлежног органа за стављање у промет медицинског средства које нуди (копија важећег Решења Агенције за лекове и медицинска средства Србије.Ако понуђено средство није медицинско средство , понуђач је у обавези да достави мишљење Агенције за лекове и медицинска средства Србије.

Предмет набавке у Партији 1 је ултразвучни апарат са три сонде, тако да је потребно доставити Решење Агенције за лекове и медицинска средства и за апарат и за сонде.

Обавеза понуђача је да достави уз понуду Дозволу за обављање делатности – промета медицинским средствима (копија Решења Министарства здравља).

Начин доказивања минималних техничких карактеристика :

Минималне техничке карактеристике доказују се обележавањем у каталогу или делу из каталога Минималне техничке карактеристике се доказују каталогом и техничком документацијом произвођача.Уколико се нека од предложених карактеристика не налази у приложеној техничкој документацији дозвољено је достављање оригиналне Изјаве произвођача уз оверен превод од стране судског тумача.Наручилац задржава право да провери минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом за све апарате који су предмет ЈН 4-2016 у фази стручне оцене понудана самом апарату.

Начин доказивања , испуњења захтева квантитативне и квалитативне контроле:

Понуђач је у обавези да испоручи сва добра из предметне набавке која су уговорена са пратећом документацијом од произвођача опреме , односно документацијом која доказује да је Понуђач током примопредаје добара испунио своје обавезе према Наручиоцу (одговарајући квантитативни и квалитативни пријем добара, захтевани рок испоруке , гарантни рок и средство финансијског обезбеђења)

Ради обезбеђивања квалитета у гарантном периоду , обавеза је понуђача коме буде додељен уговор, да призна рекламацију Наручиоца и изврши замену некавалитетно испоручене медицинске опреме.

Назив понуђача: _____
 Седиште понуђача: _____
 Матични број понуђача: _____
 ПИБ: _____
 Текући рачун понуђача: _____
 Број Тел/Факс: _____
 Место и датум: _____
 Јн 4-2016

Образац бр. 2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПАРТИЈА 3 – ХОЛТЕР ПРИТИСКА

Ред број	Назив	Јед мере	Количина	Произвођач	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7	8=(4x6)
1.	ХОЛТЕР ПРИТИСКА	КОМ	2				
						Износ ПДВ-а:	
						Укупна цена са ПДВ-ом:	

Напомена:

У цену укалкулисати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Техничка спецификација –Холтер притиска

- Меморисање података најмање 24h
- Могућност мерења и регистрације систолног и дијастолног притиска
- Опсег мерења притиска од 20 до 300 mmHg
- Могућност мерења и регистрације срчаног ритма
- Могућност одређивања просечних вредности притиска и фреквенце бележења max и min вредности по периодима
- Односно доступна статистика за комплетан налаз и одабрани период
- Аутоматска елиминација неисправних мерења резултата и приказ
- Могућност дефинисања различитих протокола за мерење притиска са различитим интервалима
- Могућност графичког и мануелног приказа мерења
- Стандардну опрему уз апарат (на пр. Торбицу,каблове, манжетне)
- Упутство за употребу на српском језику

Назив понуђача: _____
 Седиште понуђача: _____
 Матични број понуђача: _____
 ПИБ: _____
 Текући рачун понуђача: _____
 Број Тел/Факс: _____
 Место и датум: _____
 Јн 4-2016

Образац бр. 2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПАРТИЈА 4 - ДЕФИБРИЛАТОР

Ред број	Назив	Јед мере	Количина	Произвођач	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7	8=(4x6)
1.	ДЕФИБРИЛАТОР	КОМ	1				
						Износ ПДВ-а:	
						Укупна цена са ПДВ-ом:	

Напомена:

У цену укалкулисати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Техничка спецификација –ДЕФИБРИЛАТОР

- Могућност рада мануелни,аутоматски, синхронизовани
- могућност одабира снаге пражњења
- постојање екрана са ЕКГ мониторингом
- троканални
- могућност пражњења на папучицама
- приказ укљученог мода на дефибрилатору, статус напуњене батерије, вредност одабране снаге
- непотребност ручног пражњењакада је апарат у мировању
- стандардни прибор (електроде, каблови, педале)
- Упутство за употребу на српском језику