



Дом здравља ВРАЧАР

11000 Београд, Бојанска 16

Тел: (централа) 011/3402-522, 3402-680, 3402-588, факс: 6458-822

e-mail: dzvracar@yubc.net Текући рачун: 840-616661-32

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
З.У. Дом здравља „ВРАЧАР“
Број: 02/842/24/1
Датум: 14 JUN 2016
Београд
Бојанска 16

На основу члана 108 став 1 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја Комисије за јавну набавку број 02/842/24 од 07.06.2016 године, директор Дома здравља „Врачар“ доноси :

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

У отвореном поступку

Набавка добара- Лабораторијски материјал обликован по партијама
Број јавне набавке ЈН 14-2016

1) Уговор за Партију 2- Коагулација – Реагенси, кионтролне плазме и потрошни материјал за апарат: Behnk elektronik C1 4 или одговарајуће се додељује понуђачу "VICOR" д.о.о. ул. Гоце Делчева бр. 42, Нови Београд, а по стицању услова из члана 107 ЗЈН (Сл.гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15).

Вредност понуде је 499.362,50 дин без Пдв-а, а 599.235,00 дин са Пдв-ом.

Начин,рок и услови плаћања : у складу са условима из конкурсне документације

Рок испоруке : У року од 1 дан (не више од 5 дана), од дана уредно примљеног требовања од стране Наручиоца

Важност понуде: 65 дана (не краће од 60 дана од дана отварања понуда)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

-Наручилац - Дом здравља "Врачар" Београд, Бојанска 16 је дана 22.04.2016 год донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке бр.14-2016 за набавку добара – Лабораторијског материјала обликованог по партијама . Набавка се финансира из средстава буџета.Наручилац је предвидео средства Финансијским планом за 2016 годину.Набавка је предвиђена Планом набавке за 2016 годину у планираној вредности од : 8.750.000,00 динара без ПДВ-а.
За партију 2 - 510.000,00 дин без Пдв-а.

Одлуком је одређен критеријум за оцену понуда и то- Критеријум најниже понуђене цене.

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума :

„Најнижа понуђена цена“.

Критеријум за доделу Уговора је најнижа понуђена цена у оквиру сваке партије.Приликом рангирања понуда у оквиру сваке партије, посматраће се укупна понуђена цена за партију , а у складу са спецификацијом предмета јавне набавке.

У случају да два или више понуђача понуде идентичне укупне цене у оквиру одређене партије, повољнијом ће се сматрати понуда оног понуђача који је навео краћи рок испоруке добара.

-Предмет јавне набавке – јавна набавка бр. 14-2016 за набавку добара – Лабораторијског материјала обликованог по партијама
Ознака из општег речника набавке: ОРН 33696000 ; 33790000

За предметну јавну набавку ЈН 14-2016 за све партије Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки, порталу јавних набавки града Београда и интернет страници Наручиоца дана 26.04.2016. године. Измена и допуна конкурсне документације- Измена бр. 1 објављена је на Порталу јавних набавки, порталу јавних набавки града Београда и интернет страници Наручиоца дана 12.05.2016 године.

ЗА ПАРТИЈУ 2 – Коагулација – Реагенси, кионтролне плазме и потрошни материјал за апарат: Behnk elektronik CI 4 или одговарајуће

Поступак отварања понуда вођен је дана 27.05.2016 год са почетком у 10,00 часова о чему је Комисија за Јавну набавку сачинила Записник бр. 02/842/11 од 27.05.2016 године.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. (Извештај о стручној оцени понуда бр. 02/842/24 од 07.06.2016 године)

Благовремено тј. до дана 27.05.2016.г. до 09,00 сати, пристигле су понуде понуђача по следећем редоследу:

Број под којим је понуда заведена	Назив понуђача	Датум и сат пријема
02/II/1833	"VICOR" d.o.o.	27. 05. 2016. год у 07,30 часова
02/II/1839	"ProMedia" d.o.o.	27. 05. 2016. год у 08,40 часова

Неблаговремених понуда нема.

Подаци из Извештаја о стручној оцени понуда:

- У извештају о стручној оцени понуда Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

-Број јавне набавке: 14-2016

-Датум отварања понуда: 27.05.2016 године

-Процењена вредност јавне набавке : 8.750.000,00 динара без ПДВ-а.

За Партију 2 –: 510.000,00 дин без ПДВ-а

Критеријум за оцену понуда је- Критеријум најниже понуђене цене.

Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, цене из понуде , напомена из Записника о отварању понуда и стручна оцена понуда:

Напомене из Записника о отварању понуда за Партију 2 број 02/842/11 од 27.05.2016 године:

- Напомена Комисије:

„Комисија констатује да је понуђач "ProMedia" д.о.о. доставио Изјаву да ће у случају прихватања понуде за Партију 2 у поступку ЈН 14-2016 уступити на коришћење за време трајања уговора апарат Соад 4Dm произвођача "Ltd", спецификација у прилогу".

- Напомена представника понуђача "VICOR" д.о.о:

Представник понуђача "VICOR" д.о.о. је напоменуо да се провери да ли је понуђач "ProMedia" доставио валидне апликације за апарат Behnk elektronik CI 4 и потврда произвођача апарата о апликативности реагенаса за исти апарат који је у власништву Дома здравља "Врачар".

Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, цене из понуде и евентуално други подаци о понуди и стручна оцена понуда:

1) Редни број понуде: 02/III/1833
Назив или шифра понуђача: "VICOR" д.о.о. ул. Гоце Делчева бр. 42, Нови Београд
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ :

499.362,50 дин без Пдв-а,
599.235,00 дин са Пдв-ом.

Начин, рок и услови плаћања : у складу са условима из конкурсне документације
Рок испоруке : У року од 1 дан (не више од 5 дана), од дана уредно примљеног требовања од стране Наручиоца
Важност понуде: 65 дана (не краће од 60 дана од дана отварања понуда)
Начин подношења понуде: самостално

- Обрасци из поглавља VI и VII конкурсне документације (Обрасци бр 1-8) – У складу са начином конкурисања - достављени

- Докази о испуњености услова у складу са чл 75. и 76. Закона прецизирани конкурсном документацијом за ЈН 14-2016. - достављени

Комисија је приликом стручне оцене понуда закључила да је за ЈН 14-2016 за Партију 2- понуђач понуду поднео самостално и да је испунио услове за учешће у поступку јавне набавке предвиђене законом и конкурсном документацијом и да понуда не садржи битне недостатке у складу са чланом 106 ЗЈН. Приликом рачунске провере понуде Комисија није установила рачунске грешке. Комисија је понуду оценила као прихватљиву.

2) Редни број понуде: 02/III/1839
Назив или шифра понуђача: "ProMedia" д.о.о. ул. Краља Петра I бр. 114, 23300
Кикинда
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ

367.903,00 дин без Пдв-а,
441.483,60 дин са Пдв-ом.

Начин, рок и услови плаћања : у складу са условима из конкурсне документације
Рок испоруке : У року од 2 дана (не више од 5 дана), од дана уредно примљеног требовања од стране Наручиоца
Важност понуде: 90 дана (не краће од 60 дана од дана отварања понуда)
Начин подношења понуде: самостално

- Обрасци из поглавља VI и VII конкурсне документације (Обрасци бр 1-8) – У складу са начином конкурисања - достављени

- Докази о испуњености услова у складу са чл 75. и 76. Закона прецизирани конкурсном документацијом за ЈН 14-2016. - достављени

Комисија је приликом стручне оцене понуда закључила да је за ЈН 14-2016 за Партију 2- понуђач "ProMedia" д.о.о понуду поднео самостално и то за апарат Coag 4Dm произвођача Diagon Ltd , као и реагенсе са потребним апликацијама за исти апарат. Изјавом коју је доставио у оквиру понуде од дана 25.05.2016 године потписане од стране овлашћеног лица понуђач потврђује да ће у случају прихватања понуде уступити на коришћење за време трајања уговора апарат Coag 4Dm произвођача Diagon Ltd.

Како су за Партију 2- Коагулација – Реагенси, кионтролне плазме и потрошни материјал за апарат: Behnk elektronik CI 4 или одговарајуће конкурсном документацијом тражени реагенси и потрошни материјал за апарат Behnk elektronik CI 4 који је у власништву Дома здравља „Врачар“ са датом могућношћу „ или одговарајуће“ која се односи на адекватне апликације за тај апарат.

Техничким условима који су јасно прецизирани у оквиру конкурсне документације на странама 5/43 и 16/43 дата је могућност да се понуде реагенси од алтернативног произвођача за апарат Behnk elektronik CI 4, али је потребно доставити потврду произвођача или овлашћеног сертификационог тела о валидацији понуђеног реагенса на предметном апарату , као и апликације са урађеном квалитативном контролом. Истим условима није дата могућност нуђења нити уступања на коришћење других апарата.

У складу са горе наведеним Комисија оцењује да понуђач "ProMedia" д.о.о у оквиру своје понуде за Партију 2 понудивши реагенсе и потрошни материјал за апарат Coag 4Dm произвођача Diagon Ltd , а не за постојећи апарат Behnk elektronik CI 4 има битан недостатак понуде у смислу члана 106 став 1 тачка 5 Закона о јавним набавкама , јер је није могуће упоредити са другим понудама.

Комисија је понуду оценила као неприхватљиву

