

Дом здравља „Врачар“  
Бојанска бр. 16  
Број:02/1416/9  
Датум:08.12.2016 године

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Заинтересовано лице се обратило Комисији за ЈН 4-2016 са Захтевом за додатним информацијама или појашњењем конкурсне документације везано за јавну набавку 4-2016 – Набавка медицинске опреме обликована по партијама (Документ заведен код Наручиоца 07.12.2016 године под бројем 02/П/4113).

Питања:

Према члану 63. Закона о јавним набавкама, став 2, слободни смо да тражимо додатна појашњења везана за објављену конкурсну документацију предметне јавне набавке.

Партија 3 - ХОЛТЕР ПРИТИСКА

Питање 1: Захтевани параметар: Могућност провере квалитета сигнала  
Молимо Вас да овај захтевани параметар избришете из захтеваних карактеристика, или да појасните детаљно какву проверу сигнала уређај треба да врши. Мерење ТА може бити успешно или не.  
Успешност мерења осцилометријским начином зависи од више параметара, и нисмо сигурни који сигнал и на који начин треба да се провери.

Питање 2: Захтевани параметар: Аутоматска елиминација неисправних мерења и приказ шта корисник подразумева под неисправним мерењима, можете ли да појасните овај захтевани параметар?

Питање 3: Захтевани параметар: Могућност графичког и мануелног приказа мерења  
Молимо Вас да појасните шта су графички прикази мерења а шта мануелни прикази мерења? Да ли сте мислили на приказ измерених вредности ТА након ручно иницираног мерења?

Партија 4 – Дефибрилатор

Питање 1: Да ли се ставка – троканални односи на то да уређај мора имати троканални уграђени штампач, или да мора имати приказ три ЕКГ криве на екрану?

Питање 2: На основу ставке - Приказ укљученог мода на дефибрилатору, статус напуњене батерије, броја респирација, вредност одабране снаге, закључујемо да понуђени дефибрилатор мора имати могућност мерења броја респирација, што даље, уколико захтевате квалитетно мерење броја респирација, подразумева постојање модула за калнографију, који није у основној понуди ниједног дефибрилатора и веома утиче на цену.

Мерење броја респирација преко ЕКГ кабла, односно прорачунавањем, углавном је врло непрецизно, а у крајњој линији и нетачно, те је не препоручљиво, посебно у критичним ситуацијама, где свака нетачна или непотпуна информација може имати велике последице по унесрећеног. С обзиром да је процењена вредност дефибрилатора 300.000,00 РСД + ПДВ, молимо Вас да пажљиво размотрите техничке захтеве које сте поставили.

Питање 3: Тастер за самотестирање. Сваки дефибрилатор се при укључењу самотестира, односно тестира све електронске склопове, капацитет батерије, високонапонски кондензатор, и сл.

Молимо Вас да овај захтев за посебним тастером за тестирање, уколните из техничких захтева

Питање 4: Ста тачно подразумевате под – непотребност ручног пражњења када је апарат у мировању?

Молимо Наручиоца да у складу са ЗЈН, јасно и недвосмислено конструише конкурсну документацију, како би потенцијални понуђачи, могли поднети исправне понуде.

У складу са чланом 63 став 3 дају се

Одговори:

Партија 3 - ХОЛТЕР ПРИТИСКА

#### **Одговор на питање 1**

У складу са наводима из Вашег захтева везано за питање 1 извршиће се измена конкурсне документације тако што се захтевани параметар Могућност провере квалитета сигнала брише.

#### **Одговор на питање 2**

Мерење ТА може бити успешно или не. Успешност мерења зависи од више параметара као на пр: манжетна није прикључена, отказан од стране корисника, манжетна испушта или је лабаво постављена .....

#### **Одговор на питање 3**

Да мисли се на приказ измерених вредности ТА након ручно иницираног мерења.

Партија 4 – Дефибрилатор

**Одговор на питање 1**

Ставка троканални односи се на приказ три ЕКГ криве на екрану.

**Одговор на питање 2**

У складу са наводима из Вашег захтева везано за питање 2 извршиће се измена конкурсне документације тако што се из захтеваног параметра,

- приказ укљученог мода на дефибрилатору, статус напуњене батерије, броја респирација, вредност одабране снаге

Брише део текста „броја респирација“ и сада гласи:

- приказ укљученог мода на дефибрилатору, статус напуњене батерије, вредност одабране снаге

**Одговор на питање 3**

У складу са наводима из Вашег захтева везано за питање 3 извршиће се измена конкурсне документације тако што се захтевани параметар Тастер за самотестирање брише.

**Одговор на питање 4**

Када апарат није коришћен одређени временски период , није потребно ручно пражњење истог.

Овај документ Питања и одговори представља саставни део конкурсне документације

Комисија ће на Порталу јавних набавки , на порталу јавних набавки града Београда и на сајту Дома здравља „Врачар“ објавити Питања и одговори за ЈН 4-2016- Набавка медицинске опреме обликована по партијама и истовремено објавити Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Комисија за јавну набавку ЈН 4-2016



Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Miroslav Kostić'.