

Дом здравља „Врачар“
Бојанска бр. 16
Број:02/1416/16
Датум: 15.12.2016 године

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Заинтересовано лице се обратило Комисији за ЈН 4-2016 са Захтевом за додатним информацијама или појашњењем конкурсне документације везано за јавну набавку 4-2016 – Набавка медицинске опреме обликована по партијама (Документ заведен код Наручиоца 12.12.2016 године под бројем 02/П/4169).

Питање:

У конкурсној документацији јавне набавке бр. 4-2016 – Набавка медицинске опреме обликована по партијама, за партију бр. 2-Холтер ЕКГ у техничким карактеристикама нисте навели да ли вам је потребан 1 програм и 2 јединице рекордера или 2 програма и 2 јединице рекордера?

Са једним инсталираним програмом могуће је читати податке са више апарата (не истовремено) али само на компјутеру на којем се налази тај програм.

У складу са чланом 63 став 3 даје се

Одговор:

У складу са техничком спецификацијом за апарате у оквиру Партије 2- Холтер ЕКГ, потребна су 2 програма и 2 јединице рекордера.

Овај документ Питања и одговори представља саставни део конкурсне документације

Комисија ће на Порталу јавних набавки, на порталу јавних набавки града Београда и на сајту Дома здравља „Врачар“ објавити Питања и одговори за ЈН 4-2016- Набавка медицинске опреме обликована по партијама.

Комисија за јавну набавку ЈН 4-2016

ku
Miroslav Rucki
Miroslav Rucki