

Дом здравља „Врачар“
Бојанска бр. 16
Број:02/1416/13
Датум: 09.12.2016 године

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Заинтересовано лице се обратило Комисији за ЈН 4-2016 са Захтевом за додатним информацијама или појашњењем конкурсне документације везано за јавну набавку 4-2016 – Набавка медицинске опреме обликована по партијама (Документ заведен код Наручиоца 08.12.2016 године под бројем 02/П/4137).

Питање:

У вези са објављеном Изменом број 1 конкурсне документације која носи број 02/1416/8 од 05.12.2016. уочили смо неслагање у тексту објављеном у наведеној измени и оној која је објављена у самој конкурсној документацији на страници бр. 4 и 16 у тачки 10:

У објављеној измени пише:

10. 10. – Линеарна сонда , приближног опсега 3-13 MHz, ширине минимум 45 мм, минимум 192 кристална елемента

а што као текст представља прихватање сугестије упућене од стране потенцијалног понуђача . Међутим у самом тексту конкурсне документације на страни 4 и 16 је објављено :

Линеарна сонда , приближног опсега 3-13 MHz, ширине 45 мм, минимум 192 кристална елемента

С'обзиром да ова недоследност у тексту може изазвати недоумице код потенцијалних понуђача молимо вас да и на стр. 4 и 16 прецизирате текст у делу: ширине минимум 45 мм, јер се на овај начин не ограничава конкуренција.

У складу са чланом 63 став 3 даје се

Одговор

У складу са наводима из Вашег захтева извршиће се измена конкурсне документације тако да гласи:

10. – Линеарна сонда , приближног опсега 3-13 MHz, ширине минимум 45 мм, минимум 192 кристална елемента

Овај документ Питања и одговори представља саставни део конкурсне документације

Комисија ће на Порталу јавних набавки , на порталу јавних набавки града Београда и на сајту Дома здравља „Врачар“ објавити Питања и одговори за ЈН 4-2016- Набавка медицинске опреме обликована по партијама .

Комисија за јавну набавку ЈН 4-2016



Ku Cu