

Дом здравља „Врачар“
Бојанска бр. 16
Број:02/1416/21
Датум: 19.12.2016 године

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Заинтересовано лице се обратило Комисији за ЈН 4-2016 са Захтевом за додатним информацијама или појашњењем конкурсне документације везано за јавну набавку 4-2016 – Набавка медицинске опреме обликована по партијама (Документ заведен код Наручиоца 19.12.2016 године под бројем 02/П/4252).

Питања:

Поштовани,

Као заинтересовано лице за учешће у поступку набавке ултразвучног апарата обраћамо Вам се са захтевом да ван снаге ставите измене техничких карактеристика извршених документом број 02/1416/15 од 15.12.2016. године.

Својим одговорима на питања потенцијалног понуђача датим у поменутом документу директно кршите члан 10. Закона о јавним набавкама.

Изменама сте ограничили конкуренцију а дужност Вам је да омогућите што већу конкуренцију.

У складу са истим чланом ЗЈН не можете онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку коришћењем дискриминаторских услова и техничких спецификација.

Потенцијални понуђач на чија сте питања давали одговоре иста је постављао тенденциозно са намером да ограничи конкуренцију тако што ће, СУГЕРИШУЋИ ВАМ ОДГОВОРЕ, неке од конкурената онемогућити да дају понуду. То сте, на жалост, и учинили.

Позитивним тј. сугерисаним одговорима на прва четири питања будите сумњу да се прејудиира исход набавке од унапред изабраног понуђача. Измене карактеристика имају за циљ да то таквог исхода дође без икаквог ризика.

Својом предходном изменом када сте свели број захтеваних кристалних елемената са 264 на 192 значајно сте увећали конкуренцију што се, очигледно, некоме није допало, па се кренуло, брзе боље, ојачању позиције унапред изабраног понуђача на горе описани начин.

Све горе наведене тврдње лако можемо поткрепити техничким спецификацијама апарата који би унапред изабрани понуђач понудио. Познато нам је и једно и друго иако нисте навели који потенцијални понуђач Вам је поставио питања.

С обзиром да сте измене објавили на порталу пред сам викенд обезбедили сте себи да понуђач који жели да покрене поступак за заштиту права не може да испуни клаузулу о његовој рочности.

Молимо Вас да поступак вратите у оквире који су прописани Законом.

Уколико до тога не дође не преостаје нам ништа друго до да о свему обавестимо организацију надлежну за заштиту конкуренције што нам Закон омогућује.

У складу са чланом 63 став 3 даје се

Одговор:

Узимајући у обзир наводе из Вашег захтева , а накнадним испитивањем тржишта дошли смо до сазнања да захтеване минималне техничке карактеристике поседују савременији ултразвучни апарати различитих произвођача и да је на предметној набавци омогућена конкуренција. Према нашим сазнањима најмање 4 различита произвођача са више различитих модела ултразвучних апарата могу да учествују на предметној набавци тако да су испоштоване све одредбе Закона о јавним набавкама .

Сходно напред наведеном минималне техничке карактеристике прецизиране конкурсном документацијом за ЈН 4-2016 за Партију 1- Ултразвучни апарат са три сонде остају исте.

Овај документ Питања и одговори представља саставни део конкурсне документације

Комисија ће на Порталу јавних набавки , на порталу јавних набавки града Београда и на сајту Дома здравља „Врачар“ објавити Питања и одговори за ЈН 4-2016- Набавка медицинске опреме обликована по партијама .

Комисија за јавну набавку ЈН 4-2016 с.р

