

Дом здравља „Врачар“
Бојанска бр. 16
Број:02/313/5
Датум:28.06.2017 године

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Заинтересовано лице се обратило Комисији за ЈН 4-2017 са Захтевом за додатним информацијама или појашњењем конкурсне документације везано за јавну набавку 4-2017 – Набавка медицинске опреме обликована по партијама (Документ заведен код Наручиоца 26.06.2017 године под бројем 02/П/2216).

Питања:

Питање бр. 1:

Везано за партију бр. 2 - *ЕКГ 12-канални*

У оквиру поглавља број 2, у делу који се односи на Техничке карактеристике – Спецификација захтеваних добара, на страни бр. 5/39 конкурсне документације, наведено је: Под бројем 1.1 захтевана карактеристика јасно прецизира да понуђени уређај треба да снима 12 канални ЕКГ и то у следећим форматима: 2 пута 6, 3 пута 4 канала.

Даље, у карактеристици под бројем 1.3., тражите штампане канале 3,4,6,12, 3x4 +1, 3x4+2, 3x4+3,4x3+1,6x2+1,6x2.

Захтевани облици штампе под бројем 1.3 нису прецизно дефинисани, тако да их није једноставно протумачити, а већ сте навели карактеристике снимања под захтевом 1.1.

У пракси су најчешће коришћени формати штампе 12 канала, истовремено 2x6, 4x3 канала, и по потреби један додатни канал ритма.

У складу са наведеним, молимо Вас да размотрите измену карактеристике 1.3., тако да сада гласи: „Штампани канали 3, 6, 12, 4x3, 4x3+1, 6x2, 6x2+1.

Опис комбинација штампе:

3: три канала истовремено из приказане групе одвода;

6: 6 канала истовремено из приказане групе одвода;

12: 12 канала истовремено;

4x3: 4 пакета одвода, први (I, II, III), други (aVR, aVL, aVF), трећи (V1, V2, V3) и четврти (V4, V5, V6);

4x3+1: као и за 4x3 само са додатком штампе додатне криве ритма;

6x2: 2 пакета одвода, први (I, II, III, aVR, aVL, aVF), други (V1, V2, V3, V4, V5, V6);

6x2+1: као и за 6x2 само са додатком штампе додатне криве ритма“

Молимо Вас да у складу са Чланом 63. Став 3 Закона о јавним набавкама Републике Србије (Службени гласник број 124/12), одговорите на постављено питање.

У складу са чланом 63 став 3 даје се

Одговор:

Партија 2- ЕКГ 12-канални – 2 ком

У складу са наводима из Вашег захтева везано за Партију бр. 2 - **ЕКГ 12-канални** -2 ком биће извршена измена конкурсне документације у законском року тако да гласи:

1.3 Штампани канали 3, 6, 12, 4x3, 4x3+1, 6x2, 6x2+1.

Опис комбинација штампе: 3: три канала истовремено из приказане групе одвода; 6: 6 канала истовремено из приказане групе одвода; 12: 12 канала истовремено; 4x3: 4 пакета одвода, први (I, II, III), други (aVR, aVL, aVF), трећи (V1, V2, V3) и четврти (V4, V5, V6); 4x3+1: као и за 4x3 само са додатком штампе додатне криве ритма; 6x2: 2 пакета одвода, први (I, II, III, aVR, aVL, aVF), други (V1, V2, V3, V4, V5, V6); 6x2+1: као и за 6x2 само са додатком штампе додатне криве ритма

Истовремено са објавом измене конкурсне документације биће објављено и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 4-2017.

Овај документ Питања и одговори представља саставни део конкурсне документације

Комисија ће на Порталу јавних набавки, на порталу јавних набавки града Београда и на сајту Дома здравља „Врачар“ објавити Питања и одговори за ЈН 4-2017- Набавка медицинске опреме обликована по партијама.

Комисија за јавну набавку ЈН 4-2017