

Дом здравља „Врачар“  
Бојанска бр. 16  
Број:02/1634/6  
Датум:22.09.2017 године

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Заинтересовано лице се обратило Комисији за ЈН 25-2017 са Захтевом за додатним информацијама или појашњењем конкурсне документације везано за јавну набавку 25-2017 – Поправка и сервисирање постојеће медицинске опреме (Документ заведен код Наручиоца 21.09.2017 године под бројем 02/II/3182).

Питања:

молимо Вас за појашњење конкурсне документације а у спрези ЈН 25-2017

Као један од услова сте навели:

" Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке ( чл. 75 ст. 1 тач. 5) ЗЈН ) , ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом( применљиво само за Партије 8, 9 и 10 )"

Dokaz:

" 1. Важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке , која се односи на сервис – Решење надлежног органа за рад у зони јонизујућег зрачења ( Предметни доказ се доставља у виду неоверене фотокопије само за Партије 8,9 и 10 )."

Молимо Вас за појашњење како би припремили одговарајућу понуду на које Решење конкретно мислите, Решење на име сервисера или Решење на фирму?

Као и појашњење зашто захтевате Решење за рад у зони јонизујућег зрачења за партију 10 када Машине за развијање РО филмова не спадају у апарате који емитују зрачење нити су у зони јонизујућег зрачења?

У складу са чланом 63 став 3 дају се

Одговори:

- 1) Мисли се на Решење ( Лиценцу) издату од Агенције за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност Србије издату на име фирме која се односи између осталог и на сервис медицинских апарата.
- 2) Коморе за развијање рендген филмова које су предмет јавне набавке 25-2017 у оквиру Партије 10 се у Дому здравља „Врачар“ налазе у зони јонизујућег зрачења , тј. у непосредној близини рендген апарата који производе јонизујуће зрачење.  
Везано за наводе из вашег Захтева ,услови постављени конкурсном документацијом за ЈН 25-2017 остају исти.

Овај документ Питања и одговори представља саставни део конкурсне документације

Комисија ће на Порталу јавних набавки , на порталу јавних набавки града Београда и на сајту Дома здравља „Врачар“ објавити Питања и одговори за ЈН 25-2017- Поправка и сервисирање постојеће медицинске опреме.

Комисија за јавну набавку ЈН 25-2017