

Дом здравља „Врачар“
Бојанска бр. 16
Број:02/1003/5
Датум: 24.08.2020. године

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Заинтересовано лице се обратило Комисији за ЈН 24-2020 са Захтевом за додатним информацијама или појашњењем конкурсне документације везано за јавну набавку 24-2020 – Лабораторијски материјал- Вакум систем за затворено узорковање крви (Документ заведен код Наручиоца 21.08.2020 године под бројем 02/П/2288)- Питања и одговори бр. 1

Поштовани,

Молимо да нам у складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама дате додатно појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број 24-2020- Вакум систем за затворено узорковање крви:

1. За вакуум епрувете за ставке 1,2 и 3 захтев је да буду пластичне.Молимо појасните од ког материјала треба да буду остале понуђене вакуум епрувете.
2. На који начин се врши читавање седиментације у Вашој установи?

У складу са чланом 63 став 3 дају се

Одговори

1. Остале вакуум епрувете немају назначен материјал од ког треба да буду , јер за њих не постављамо услов.Дакле могу бити и пластичне или стаклене уколико није наглашен материјал.
2. У нашој установи читавање седиментације се врши по Westergreen методи.

Овај документ Питања и одговори представља саставни део конкурсне документације

Комисија ће на Порталу јавних набавки и на сајту Дома здравља „Врачар“ објавити Питања и одговори за ЈН 24-2020- Лабораторијски материјал- Вакум систем за затворено узорковање крви

Комисија за јавну набавку ЈН 24-2020

др Драгана Стојић
Стојић

