

Дом здравља „Врачар“
Бојанска бр. 16
Број:02/1416/7
Датум:02.12.2016 године

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Заинтересовано лице се обратило Комисији за ЈН 4-2016 са Захтевом за додатним информацијама или појашњењем конкурсне документације везано за јавну набавку 4-2016 – Набавка медицинске опреме обликована по партијама (Документ заведен код Наручиоца 29.11.2016 године под бројем 02/II/4021).

Питања:

Након детаљне анализе конкурсне документације за ЈН бр. 4-2016 - Набавка медицинске опреме обликована по партијама постављамо Вам следећа питања за Партију 1 - Ултразвучни апарат са три конде:

Питање 1:

Наручилац је у техничкој спецификацији за ултразвучни апарат дефинисао следеће:

- Интегрисани грејач гела

Да ли је за наручиоца прихватљиво да предметни параметар дефинише на следећи начин:

- Интегрисани грејач гела или доставити екстерни грејач гела

Предложена корекција је у складу са траженом функционалношћу предметног захтева и има за циљ омогућавање учешћа већег броја понуђача.

Овим путем наглашавамо да тренутно дефинисани параметар у комбинацији са остатком техничке спецификације може да испуни само један произвођач ултразвучних апаратова , што је у директној супротности са законом о јавним набавкама.

Питање 2:

Наручилац је у техничкој спецификацији за ултразвучни апарат дефинисао следеће:

Линеарна сонда, приближног опсега 3.0 – 14.00 Мхз, ширине 50 мм,
минимум 256 кристалних елеманата

Да ли је за наручиоца прихватљиво да предметни параметар дефинише на следећи начин:

Линеарна сонда, приближног опсега 3.0 – 13.00 Мхз, ширине минимум 45
мм, минимум 192 кристална елемента

Предложена корекција је у складу са већ траженим опсезима предметне карактеристике, и има за циљ омогућавање учешћа већег броја понуђача.

Овим путем наглашавамо да тренутно дефинисани параметар у комбинацији са остатком техничке спецификације може да испуни само један произвођач ултразвучних апаратова , што је у директној супротности са законом о јавним набавкама

Питање 3:

Наручилац је у техничкој спецификацији за ултразвучни апарат дефинисао следеће:

Цине меморија 40.000 слика или 500 МБ

Да ли је за наручиоца прихватљиво да предметни параметар дефинише на следећи начин:

Цине меморија минимум 256 МБ

Предметна корекција не ерозира квалитет апаратове већ има за циљ омогућавање учешћа већег броја понуђача.

Овим путем наглашавамо да тренутно дефинисани параметар у комбинацији са остатком техничке спецификације може да испуни само један произвођач ултразвучних апаратова , што је у директној супротности са законом о јавним набавкама

Питање 4:

Наручилац је у техничкој спецификацији за ултразвучни апарат дефинисао следеће:

Колор монитор ЛЕД/ЛЦД технологије, дијагонала минимум 19" могућност
померања у више правца: горе/доле , десно/лево и напред / назад
независно од контролног панела.

Да ли је за наручиоца прихватљиво да предметни параметар дефинише на следећи начин:

Колор монитор ЛЕД/ЛЦД технологије, дијагонала минимум 19" могућност
померања у више правца: горе/доле , десно/лево и напред / назад.

Предложена корекција је у складу са траженим функционалностима и има за циљ омогућавање учешћа већег броја понуђача.

Овим путем наглашавамо да тренутно дефинисани параметар у комбинацији са остатком техничке спецификације може да испуни само један произвођач ултразвучних апаратова , што је у директној супротности са законом о јавним набавкама

Питање 5:

Наручилац је у конкурсној документацији дефинисао следеће:

"Начин доказивања минималних техничких карактеристика:

Минималне техничке карактеристике се докazuју у каталогу или делу из каталога производа и техничкој спецификацији производа.Уколико се поједине карактеристике не налазе у каталогу и техничкој спецификацији дозвољено је њихово доказивање изјавом производа.Није дозвољено доказивање већине карактеристика(више од 50 %) само изјавом понуђача."

Да ли је за наручиоца прихватљиво да предметни захтев дефинише на следећи начин:

Минималне техничке карактеристике се доказују у каталогу или делу из каталога произвођача и техничкој спецификацији производа. Уколико се поједине карактеристике не налазе у каталогу и техничкој спецификацији дозвољено је њихово доказивање изјавом производа.

Дефинисање дозвољеног процента доказивања техничких карактеристика изјавом производа није у складу са ЗоДН јер производачки каталоги нису конципирани на бази техничких спецификација из тендерских документација наручилача.

У складу са чланом 63 став 3 дају се

Одговори:

Одговор на питање 1

У складу са наводима из Вашег захтева везано за питање 1 извршиће се измена конкурсне документације тако да гласи:

Тачка 8.- Интегрисани или екстерни грејач гела

Одговор на питање 2

У складу са наводима из Вашег захтева везано за питање 2 извршиће се измена конкурсне документације тако да гласи:

Тачка 10. – Линеарна сонда , приближног опсега 3-13 MHz, ширине минимум 45 mm, минимум 192 кристална елемента

Одговор на питање 3

У складу са наводима из Вашег захтева везано за питање 3 извршиће се измена конкурсне документације тако да гласи:

Тачка 14 .- Цине меморија минимум 256 MB

Одговор на питање 4

Минималне техничке карактеристике које су прецизиране конкурсном документацијом за ДН 4-2016 за ставку која је обухваћена Вашим захтевом везано за питање 4 остају исте.

Независно померање монитора од контролног панела представља стандард на свим новијим ултразвучним апаратима и омогућава прецизнији, лакши и комфорнији рад у току самог прегледа. Особи која врши прегледе допушта се индивидуално подешавање апата према својим потребама чиме се олакшава сам процес прегледа и добија на квалитету истог. Ова карактеристика долази до изражaja посебно када се узме у обзир свакодневни велики број прегледа који се обављају. Истраживањем тржишта дошли смо до јавно доступних информација да се тражена карактеристика може наћи код више различитих производа (на великим броју различитих модела) и то : Philips, General Electric, Samsung, Siemens, Esaote, Mindray, Toshiba ...

Одговор на питање 5


У складу са наводима из Вашег захтева везано за питање 5 који се односи на начин доказивања минималних техничких карактеристика извршиће се измена конкурсне документације тако да гласи:

- Минималне техничке карактеристике се доказују каталогом и техничком документацијом производа. Уколико се нека од предложених карактеристика не налази у приложеној техничкој документацији дозвољено је достављање оригиналне Изјаве производа уз оверен превод од стране судског тумача.

Овај документ Питања и одговори представља саставни део конкурсне документације

Комисија ће на Порталу јавних набавки , на порталу јавних набавки града Београда и на сајту Дома здравља „Врачар“ објавити Питања и одговори за ЈН 4-2016- Набавка медицинске опреме обликована по партијама

Комисија за јавну набавку ЈН 4-2016



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mihailo Radulović", is placed over a circular blue stamp. The stamp contains the text "ДОМАЗДРАВЉА", "САНДЖАК", "БЕЛГРАД", and "СРБИЈА". Below the signature, there is a handwritten note in blue ink that appears to read "Михаило Радуловић" followed by "ММ К".

МГ 4