

Дом здравља „Врачар“  
Бојанска бр. 16  
Број:02/842/8  
Датум: 09.05.2016 године

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Заинтересовано лице се обратило Комисији за ЈН 14-2016 са Захтевом за додатним информацијама или појашњењем конкурсне документације везано за јавну набавку 14-2016 – Лабораторијски материјал обликован по партијама ( **Документ заведен код Наручиоца 09.05..2016 године под бројем 02/П/1541**)

**Питања:**

Додатно објашњење конкурсне документације за јавну набавку бр. 14-2016

Партија 2

Поштовани,

Замолили бисмо вас да нам појасните следеће, како бисмо као понуђач доставили одговарајућу и упоредиву понуду?

1. За ставку број 5: Даптин или одговарајуће , молимо да појасне о ком је активатору тачно реч?
2. За ставку под бројем 6: Контролне плазме , јединица мере која је наведена је комад, па бисмо вас замолили да нам дефинишете да ли мислите на милилитре или тестове?

У складу са чланом 63 став 3 дају се

**Одговори:**

Поштовани,

1. У ставци број 5: Даптин или одговарајуће мисли се на dupleactivated aPTT-a ( aktivator aPTT-a).
2. У ставци под бројем 6: Контролне плазме мисли се на комада контролних тестова.

Овај документ Питања и одговори представља саставни део конкурсне документације

Комисија ће на Порталу јавних набавки , на порталу јавних набавки града Београда и на сајту Дома здравља „Врачар“ објавити Питања и одговори за ЈН 14-2016- Лабораторијски материјал обликован по партијама

Комисија за јавну набавку ЈН 14-2016