

Дом здравља „Врачар“  
Бојанска бр. 16  
Број:02/753/8  
Датум:29.05.2015 године

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012)

Заинтересовано лице се обратило Комисији за ЈН 14-2015 са Захтевом за додатним појашњењем конкурсне документације везано за јавну набавку 14-2015 – Лабораторијски материјал обликован по партијама ( **Документ заведен код Наручиоца 29.05.2015 године под бројем 02/П/1904**)

Поштовани,

У партији 6 објединили сте хемикалије са тест тракама за урин и тест тракама за окултно крварење и на овај начин поступили у супротности са чл.3. ст. 1 тачка 35) и 12) ЗЈН.Хемикалије и тест траке за урин и тест траке за окултно крварење не представљају истоврсна добра и самим тим није могуће објединити их у оквиру једне партије.Поред тога што тест траке представљају брзе тестове за њих је потребно Решење Министарства здравља, док је за промет хемикалија потребна друга дозвола , односно Дозвола Министарства енергетике,развојаи заштите животне средине за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија.

Узимајућу све горе наведено у обзир, замолили бисмо наручиоца да тест траке за урин и тест траке за окултно крварење издвоји у засебну партију и усклади конкурсну документацијуса ЗЈН.

Даље, како би понуђачи доставили одговарајуће и упоредиве понуде замолили бисмо Вас да нам појасните следеће:

- коју концентрацију хумане крви треба да детектује тест?
- да ли тест захтева претходну дијету пацијента?
- Да ли је потребно нудити апарат за читавање уринских трака?
- 

У складу са чланом 63 став 3 дају се

## **Одговори**

Поштовани,

### **Одговор 1**

Обавештавамо Ва с да Комисија за ЈН 14-2015 остаје при одлуци да партија 6- Хемикалије са тест тракама за урин од 10 параметара и тест за окултно крварење остаје иста , а у складу са условима из конкурсне документације за ЈН 14-2015.

Понуђачи могу сходно Закону о јавним набавкама да испуне наведене услове из конкурсне документације наручиоца и подношењем заједничке понуде.

### **Одговор 2**

Најмању концентрацију хумане крви коју тест треба да детектује је 50 ng/ml.

### **Одговор 3**

Тест не захтева претходну белу дијету пацијента

### **Одговор 4**

Није потребно нудити апарат за читавање уринских трака ,али је потребно да паковање садржи колор скалу ( компензациони пад) ради читавања добијене боје која је у корелацији са траженим параметрима у урину.

Овај документ Питања и одговори представља саставни део конкурсне документације

Комисија ће на Порталу јавних набавки , на порталу јавних набавки града Београда и на сајту Дома здравља „Врачар" објавити Питања и одговори за ЈН 14-2015- Лабораторијски материјал обликован по партијама

Комисија за јавну набавку ЈН 14-2015