

Дом здравља „Врачар“
Бојанска бр. 16
Број:02/753/6
Датум:20.05.2015 године

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012)

Заинтересовано лице се обратило Наручиоцу са Захтевом за додатним објашњењем конкурсне документације везано за јавну набавку 14-2015 – Лабораторијски материјал обликован по партијама (**Документ заведен код Наручиоца 19.05.2015 године под бројем 02/П/1705**)

Питање понуђача

Поштовани,
Верујемо да се наручилац водио својим потребама и тиме несвесно начинио техничку грешку, наиме:

- 1) Ставка 3- Реагенси за одређивање АРТТ-а или еквивалент је исти што и производ под ставком 5- Даптин или еквивалент (контактни активатори и парцијални тромбoplastин)
- 2) У табели 1 недостаје реагенс СаС12 који је неопходан за одређивање АРТТ-а
- 3) У табели 2 ставка 2 – Потрошни материјал за коагулометар (cuvette racks and balls cl-4) потребно је у складу са чл 72 ст. 4 навести „или одговарајуће“.

У складу са чланом 63 став 3 да је се

Одговор Наручиоца

Поштовани,

У складу са наводима из вашег Захтева за додатним објашњењем конкурсне документације у поступку јавне набавке број 14-2015, Наручилац ће у складу са чланом 63 став 1 извршити измену конкурсне документације и исту објавити на порталу јавних набавки , на порталу јавних набавки града Београда и на сајту Дома здравља „Врачар“ .

Овај документ Питања и одговори представља саставни део конкурсне документације

Наручилац ће на Порталу јавних набавки , на порталу јавних набавки града Београда и на сајту Дома здравља „Врачар“ објавити Питања и одговори за ЈН 14-2015- Лабораторијски материјал обликован по партијама

Комисија за јавну набавку ЈН 14-2015